



СЕРТИФИКАТ ОБ ОДОБРЕНИИ ТИПОВОГО ИЗДЕЛИЯ

Наименование: Газоанализатор АНКАТ-7664 Микро

Организация-изготовитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Смоленское
производственное объединение «Аналитприбор».

Техническая документация согласована согласована письмами № МФ-Т047-0941 от 05.07.2016 г.
ИБЯЛ.413411.053 ТУ и МФ-22-2050 от 03.12.2015 г.
ИБЯЛ.413411.053 ТУ часть 2.

Головной образец испытан и освидетельствован по программе, согласованной Российским Речным
Регистром.

На основании результатов проверок и испытаний удостоверяется, что конструкция, свойства, парамет-
ры и характеристики типового изделия удовлетворяют требованиям Правил Российского Речного Реги-
стра.

Назначение и ограничения:

Предназначены для непрерывного автоматического измерения объемной доли кислорода, диоксида
углерода, пропана, и метана, массовой концентрации вредных веществ, в том числе паров нефти и
нефтепродуктов, дозврывоопасных концентраций метана, горючих газов и паров, их смесей,
дозврывоопасных концентраций суммы предельных углеводородов в воздухе рабочей зоны, а также
выдачи сигнализации о достижении определяемых компонентов установленных пороговых значений.

Настоящий сертификат действителен с 13.07.2016 г. до 13.07.2021г.

№ 09-11.1-2.10-0393



Директор Московского филиала
(должность)


(подпись)

С.В. Преснов
(фамилия, и, о.)



Технические показатели:

Тип: Газоанализаторы АНКAT 7664 Микро исполнений ИБЯЛ.413411.053, ИБЯЛ.413411.053-01...18 и ИБЯЛ.413411.053-20...-45.

Габаритные размеры, высота/длина/ширина, не более, мм -	-	185/53,5/110;
Рабочая температура ОС, град °С	-	-30/+45;
Масса, не более, кг	-	0,6;
Степень защиты IP	-	68;
Напряжение питания, В	-	от 3, 0 до 4,2



Настоящий сертификат об одобрении типового изделия не заменяет сертификат или аналогичный документ Российского Речного Регистра, выдаваемый на конкретное изделие.

Настоящий сертификат об одобрении типового изделия теряет силу в предусмотренных Правилами Российского Речного Регистра случаях.